

## WYTYCZNE POBIERANIA PRÓBEK WODY

### Możliwość przyjęcia zlecenia wykonania badań należy uzgodnić z laboratorium przed pobraniem próbki

#### 1. Sposób postępowania podczas pobierania próbki wody do badań fizycznych i chemicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na przewodach wodociągowych

- Próbki pobierać do czystych pojemników ze szkła lub tworzywa sztucznego. Dopuszcza się pobieranie próbek do butelek po wodzie mineralnej. Nie myć pojemników detergentem.
- Przeważnie wystarczy pobrać 1,5 litra próbki. (W przypadku zlecenia większej ilości parametrów objętość próbki należy uzgodnić z laboratorium)
- Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów, po uprzednim spuszczeniu wody. Przed rozpoczęciem spuszczenia wody i pobierania próbki zdjąć z kurka wszelkie urządzenia (np. filtr, rurka przedłużająca) oraz usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na wynik badania. Na ogół wystarcza spuszczenie przez ok. 3-5 min. (w przypadku pobierania próbek z odgałęzień sieci czas spuszczenia należy wydłużyć).
- Po spuszczeniu odpowiedniej objętości wody, nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu, przystąpić do pobierania próbki
- Pojemniki przepłukać co najmniej dwukrotnie pobieraną wodą, a następnie napełnić całkowicie (do przelania)
- Po napełnieniu zamknąć pojemnik w taki sposób, aby nad próbką nie powstały pęcherzyki powietrza.

#### 2. Sposób postępowania z próbką po pobraniu

- Pobraną próbkę należy możliwie najszybciej dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki
- Próbki zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub rozlaniem i ograniczyć ich ekspozycję na światło.
- Butelki z próbkami przechowywać i transportować w warunkach zabezpieczających przed wzrostem temperatury próbki

#### 3. Informacje dodatkowe

- Przekazując próbkę do badania w Laboratorium należy podać dokładne miejsce, datę, godzinę pobrania oraz rodzaj wody.
- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej przez Klienta.
- Sposób pobierania próbki wody do badań z punktów innych niż podane w wytycznych, należy konsultować z laboratorium.
- Próbki wody przyjmowane są w ZWiK Sp. z o.o., w Dziale Ochrony Środowiska- Laboratorium w Pabianicach, ul.15 P.P."Wilków" 12 wraz z pisemnym zleceniem (druk do wypełnienia w laboratorium lub pobrania ze strony internetowej ZWiK Sp. z o.o. w Pabianicach) we wtorki w godzinach od 7:30 do 10:00. Przyjęcie próbki poza wyznaczonymi godzinami należy uzgodnić z laboratorium.

#### Kontakt:

Dział Ochrony Środowiska - Laboratorium

95-200 Pabianice, ul. 15P.P."Wilków" 12

Tel. 42 227-46-04 w godzinach 7:00 - 15:00 (pn-pt)